



22.05.2020 № 368-5

на № _____ от _____

**Лаборатории, показавшие наиболее высокую точность
результатов анализов
на 1 этапе программы МСИ «РОСА 2020»**

	Наименование организации	Наименование лаборатории	Индекс точности
1	АО «Мосводоканал», г. Москва	Восточное отделение ЦКВ	0,975
2	ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», г. Кирово-Чепецк	Лаборатория охраны окружающей среды	0,932
3	ООО «Аквафор», г. Санкт-Петербург	Аналитическая лаборатория химического отдела	0,925
4	АНО «Испытательный центр «НОРТЕСТ», г. Москва	Испытательная лаборатория	0,904
5	АО «Мосводоканал», г. Москва	Рублевское отделение ЦКВ	0,900

На 1 этапе программы МСИ приняли участие 578 лабораторий.

По условиям конкурса оценка точности проводилась среди 57 лабораторий, определявших 10 и более показателей.

Точность результатов анализов выражена в форме индекса, рассчитываемого по формуле, в которой учитывается, насколько каждый результат анализа, представленный лабораторией, близок к аттестованному значению (чем больше индекс, тем точнее результаты).

Максимальное значение индекса среди лабораторий, участвующих в конкурсе – 0,975, минимальное – минус 0,875.

В таблице представлены 5 лабораторий с наилучшими результатами, которым вручаются сертификаты о высокой точности анализов. Названия лабораторий публикуются с разрешения руководителей лабораторий.

**Генеральный директор ЗАО «РОСА»
Руководитель провайдера
проверок квалификации лабораторий**

А.В. Чамаев

