



**Закрытое акционерное общество «РОСА»
Аналитический центр**

ЗАО «РОСА» 119297, Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35; ИНН 7732017453; КПП 772901001
Тел.: (495) 502-44-22; Факс: (495) 435-13-00; E-mail: mail@rossalab.ru; http://www.rossalab.ru



08.08.2016 № 652-5

на № _____ от _____

**Лаборатории, показавшие наиболее высокую точность
результатов анализов
на 2 этапе программы МСИ «РОСА 2016»**

	Наименование организации	Наименование лаборатории	Индекс точности
1	ООО «ЛСИ «СПЕКТРУМ», г. Москва	Лаборатория спектральных исследований	1,000
2	ООО «Исследовательский Центр «ФитоИнженерия», Московская область	Испытательная лаборатория	0,950
3	ОАО «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф», г. Рязань	Производственная лаборатория	0,917
4	АО «Водоканал», г. Иваново	Отделение питьевой воды ОНВС-1 Центра контроля качества воды	0,909
5	ООО «ГалоПолимер Кирово- Чепецк», г. Кирово-Чепецк	Лаборатория охраны окружающей среды	0,909

Во 2 этапе программы МСИ принимали участие 599 лабораторий.

По условиям конкурса оценка точности проводилась среди 75 лабораторий, определявших 10 и более показателей.

Точность результатов анализов выражена в форме индекса, рассчитываемого по формуле, в которой учитывается, насколько каждый результат анализа, представленный лабораторией, близок к аттестованному значению (чем больше индекс, тем точнее результаты).

Максимальное значение индекса среди лабораторий, участвующих в конкурсе – 1,000, минимальное – минус 0,722.

В таблице представлены 5 лабораторий с наилучшими результатами, которым вручаются сертификаты о высокой точности анализов. Названия лабораторий публикуются с разрешения руководителей лабораторий.

**Генеральный директор ЗАО «РОСА»
Руководитель провайдера
проверок квалификации лабораторий**

А.В. Чамаев