



19.08.2024 № 577-5

на № _____ от _____

**Лаборатории, показавшие наиболее высокую точность
результатов анализов
на 2 этапе программы «РОСА 2024»**

	Наименование организации	Наименование лаборатории	Индекс точности
1	АО «ВТЕ ЮГО-ВОСТОК», г. Москва	Химико-аналитическая лаборатория	0,932
2	Участник не дал согласия на опубликование информации		0,854
3	АО «ПО «Севмаш», г. Северодвинск	Научно-исследовательский, технологический и испытательный центр	0,850
4	ООО «НОВОГОР-Прикамье», г. Пермь	Центральная лаборатория по качеству воды	0,846
5	КФ АО «Апатит», г. Кировск	Аналитический центр	0,841

В конкурсе приняли участие 607 лабораторий.

По условиям конкурса оценка точности проводилась среди 40 лабораторий, определявших 10 и более показателей.

Точность результатов анализов выражена в форме индекса, рассчитываемого по формуле, в которой учитывается, насколько каждый результат анализа, представленный лабораторией, близок к аттестованному значению (чем больше индекс, тем точнее результаты).

Максимальное значение индекса среди лабораторий, участвующих в конкурсе – 0,932, минимальное – минус 0,650.

В таблице представлены 5 лабораторий с наилучшими результатами, которым вручаются сертификаты о высокой точности анализов. Названия лабораторий публикуются с разрешения руководителей лабораторий.

Генеральный директор,
Руководитель провайдера проверок
квалификации лабораторий

А.В. Чамаев